



МЕТРОСЕРВИС

RA.RU.312120

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ



№ 003

Действительно до " 04 " января 2022г.

Средство измерений

Теплосчетчик

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводят их перечень и заводские номера)

ELF, з.п. № 45024-10

отсутствуют

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

14

поверено в соответствии с описанием типа

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с

«Теплосчетчики ELF. Методика поверки»

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: вторичный эталон единицы объемного и массового расхода воды в

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии),

диапазоне значений 0,002...45 м³/ч (м/ч), 2.2.ДДГ.0001.2016; эталон единицы

температуры 3 разряда в диапазоне значений -40...+200 °С, 3.2.ДДГ.0004.2016;

ИВТМ-7МБД № 41210, ПГ ±0,2 °С, ±2%, ±2,5 мм рт. ст.

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

t_{окр.возд} = 23,8 °С, t_{раб.жид} = 24,3 °С,

приводится перечень влияющих

h_{окр.возд} = 53 %, P_{атм.} = 748 мм рт. ст.

факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.



Знак поверки

Начальник отдела поверки и калибровки

Должность руководителя подразделения

Подпись

Е.М. Зыбин

Инициалы, фамилия

Поверитель

Подпись

П.О. Шошолин

Инициалы, фамилия

Дата поверки " 1 " января 2018г.

003



ООО "Метрологический Сервис" | ООО "МетроСервис"
Аккредитовано в национальной системе аккредитации в области
обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг
по поверке и калибровке средств измерений

127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 157, стр. 12
+7 495 545 34 81 | info@metroservis.ru | www.metroservis.ru